



## सर्वोपचार रुग्णालय, धुळे.

(अधिष्ठाता यांचे कार्यालय)

Email ID- [deangmcdhule@gmail.com](mailto:deangmcdhule@gmail.com)

[gcmdhule@gmail.com](mailto:gcmdhule@gmail.com)

website - [www.sbhgmc.org](http://www.sbhgmc.org)

दुरध्वनी क्र. (महाविद्यालय) 02562 -239407

फॅक्स क्र. (महाविद्यालय) 239207

दुरध्वनी क्र. (रुग्णालय) 02562 -297112

फॅक्स क्र. (रुग्णालय) 236744

जा.क्र.सरुधु/भांडार अ/दरपत्रके/ 7390 /२०२४

दिनांक - 19 /०६/२०२४

विषय- ईसीजी मशिन खरेदी बाबतची दरपत्रके मागविण्याबाबत  
संदर्भ:- दिनांक १८/०६/२०२४ ची मान्य टिप्पणी नुसार.

उपरोक्त संदर्भीय विषयास अनुसरून सादर करण्यात येते की, सन २०२४-२५ या वित्तीय वर्षात या ईसीजी मशिन खरेदी करण्याबाबतचे दरपत्रके मागविण्यात येत आहे.

### दरपत्रकाच्या अटी व शर्ती खालील प्रमाणे

दरपत्रके सिलबंद लिफाफा दिनांक १८/०६/२०२४ ते २६/०६/२०२४ सायंकाळी ६.०० वाजेपर्यंत पोहचतील या वेताने पाठविण्यात यावेत. जाहिर केलेल्या तारखेनंतर अथवा कार्यालयीन वेळेनंतर दरपत्रके स्विकारले जाणार नाहीत किंवा ग्राह्य घरले जाणार नाहीत.

- दरपत्रकाच्या लिफाफा आवश्यक त्या तपशिलासह जमा करण्याची अंतिम दिनांक दरपत्रकधारकाच्या कंपनीने नाव व शिक्केसह अधिष्ठाता सर्वोपचार रुग्णालय, धुळे यांच्या नावे विहित मुदतीत सादर करावा.
- दरपत्रकात आकारण्यात आलेला दर हे बाजारभावापेक्षा अधिक नसावेत वस्तुची प्रत्येकी किंमत व जीएसटी कर हे स्वतंत्रपणे दर्शविण्यात यावेत.
- दरपत्रक भरतांना भाग घेणा-या कंपनीने नोंदणी प्रमाणपत्र, अदयावत आयकर प्रमाणपत्र सादर करावे तसेच पॅन क्रमांक व जीएसटी क्रमांक व शॉप अॅक्ट नमुद करावा.
- मंजूर झालेली वस्तु पुरवठा करण्याकरीता कोणतेही अग्रिम मिळणार नाही. आपवादात्मक परिस्थितीमुळे देयक अदा करण्यास विलंबपोटी कोणत्याही प्रकारची व्याजाची रक्कम कार्यालयाकडून अदा करण्यात येणार नाही किंवा त्या प्रकारची मागणी मान्य करता येणार नाही.
- कोणतेही कारण न देता प्राप्त झालेली सर्व दरपत्रके स्विकारणे/नाकारणे तसेच उपरोक्त अटीमध्ये अंशता: बदल करण्यातचे इत्यादी अधिकारी संस्था प्रमुखांनी राखून ठेवली आहेत.
- ईसीजी मशिन खरेदी कराराचे देकार असे स्पष्ट नमुद करोव तसेच अटी व शर्तीचे पत्रक सर्व अटी व शर्ती मान्य असल्याचे नमुद करुन त्यावर स्वाक्षरी करावी व अटी व शर्तीचे पत्रक देकारासोबत जोडावे.
- सोबत जोडलेले विनिर्दिष्टानुसार ईसीजी मशिन असणे आवश्यक आहे.

0214166

अधिष्ठाता, 18.6

सर्वोपचार रुग्णालय धुळे

## Technical Specification ECG MACHINE

### Print-Out Format:

A) Auto Mode -3, 3<sub>+</sub>R with medians, 3+R with medians + axis + measurement & interpretation

B) Manual mode – 3 channel three different lead selected from keypad

### Power Supply:

Line Power supply: ~220 – 240 V, 500 Hz  $\pm$  10%

Power Supply Operation: AC/DC with On/Off line battery charging

Battery : =12v /1.2 AH (Lead Acid)

Charging time: 3 Hours

### Mechanical :

Dimensions (mm) : 288mm x 238mm x85mm

Weight : 1.8kg approx

### General

Type of Protection : Class II A

Degree of Protection : Type BF

Communication Interface : USB

### Safety & Regulatory

#### 1) Standards :

2) EN ISO 1497:2000 + A1:2003C, EN ISO 13485 : 2003, EN 980 : 2003

3) EN 60601-1:1990/A1:1993, EN 60601 - - 2:2001, EN 60601-25:1995


#### 2) Directive :

MDD - 93/42/ EEC (CE Certificate)

EMC - 89/336/ECG

### ACCESSORIES :

ECG Patient Cable : (1)	Adaptor 19V, 3A, AC-DC (1)
Power Cord (1)	Fuse T 1.5A (1)
Earthing Wire (Optional) (1)	Bulb Electrode (6)
Limb Electrode (4)	Conducting Tube Jelly (1)
Thermal Print Roll (1)	User Manual (1)

  
Dr. Prakash Jukale

22/11/15  
M A G M H A K